

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	176933	Arq. D.16
Material	DISPOSITIVO PARA VEDAÇÃO DE BICO DE SERINGAS			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM:**

Resistente e segura com indicação de produto estéril?  Sim  Não Por quê?

Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?  Sim  Não Por quê?

Isenta de resíduos e impurezas?  Sim  Não Por quê?

Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?  Sim  Não Por quê?

**COMPOSIÇÃO:**

Material em PVC ou similar, atóxico e biocompatível?  Sim  Não Por quê?

**DISPOSITIVO:**

Multiajustável, proporcionando adaptação segura as conexões fêmeas?  Sim  Não Por quê?

Propicia vedação segura em seringas, torneirinhas, equipos e demais sistemas de infusão sem permitir vazamentos?  Sim  Não Por quê?

Resistente seguro e de fácil manuseio?  Sim  Não Por quê?

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

**PARECER FINAL**  FAVORÁVEL  DESFAVORÁVEL

Data do parecer: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinaturas \_\_\_\_\_