

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA () QUEIXA TÉCNICA					
	NUMAE						
Pregão		ITEM:		Cód:	176940	Arq:	X.31.1
Material	Caixa plástica com tampa articulada e alça.			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS				Venc.			
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fab.:			
Lote				Val.:			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data:			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA
(Enfermeiros, técnicos, auxiliares e médicos que estejam testando o produto)

Caixa:

Dimensões 27 a 30cm x 17 a 20cm x 19 a 16cm de altura: () Sim () Não Por quê? _____

Plástico branco de alta resistência: () Sim () Não Por quê? _____

Apresenta tampa fixa articulada: () Sim () Não Por quê? _____

Apresenta presilha de fixação resistente e segura: () Sim () Não Por quê? _____

Caixa SEM divisórias internas: () Sim () Não Por quê? _____

Possui acabamento regular sem rebarbas, cantos arredondados: () Sim () Não Por quê? _____

O material apresenta-se isento de manchas, impurezas, resíduos: () Sim () Não Por quê? _____

O material permite o transporte de materiais biológicos de forma segura: () Sim () Não Por quê? _____

Todo material propicia manuseio e higienização de forma fácil e segura: () Sim () Não Por quê? _____

Outras observações:

PARECER FINAL: () FAVORÁVEL () DESFAVORÁVEL

DATA: ____/____/____

ASSINATURAS: _____

