

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA			
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA			
Pregão	Item	Código	177196	Arq.	F.9
Material	FILTRO BACTERIOLÓGICO E PARA ENDOTOXINAS		Amostra Registro		
Nome Comercial					
Marca			MOD./REF.		
RMS	Venc.			C.A.	Venc.
Fabricante			CNPJ		
Importador			Fabricação		
Lote			Validade		
Empresa Proponente					
Local de Teste					
Quantidade testada			Data		

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM:**

- Apresenta indicação de produto livre de látex?  Sim  Não Por quê?
- Resistente, segura e com identificação de produto estéril?  Sim  Não Por quê?
- Isenta de resíduos e impurezas?  Sim  Não Por quê?
- Apresenta área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica?  Sim  Não Por quê?
- Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?  Sim  Não Por quê?

**FILTRO:**

- Apropriado para uso em equipamento BBRAUN, modelo DIALOG e modalidade HDF?  Sim  Não Por quê?
- É resistente?  Sim  Não Por quê?
- Oferece segurança na utilização?  Sim  Não Por quê?

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

**PARECER FINAL**  FAVORÁVEL  DESFAVORÁVEL

Data do parecer: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinaturas \_\_\_\_\_