

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	12203	Arq.	C.40
MATERIAL	CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA 14G X 51MM +-3MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

CAPA PROTETORA:

Sistema de encaixe/desencaixe seguro de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
---	------------------------------	------------------------------	----------	--

CÂNULA EXTERNA:

Composta de poliuretano flexível e radiopaca?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Ajustada à agulha, mantendo-se firme ao manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Apresenta flexibilidade segura, livre de acotovelamento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	

AGULHA:

Em aço siliconizada com bisel trifacetado e afiado?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Dimensões de 14 G x 51 mm (+/- 3 mm)?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Permite penetração suave na pele com mínimo de trauma?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Permite deslizade adequado e penetração precisa nos tecidos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	

CANHÃO:

Material translúcido?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Ajusta-se de forma segura, sem vazamentos, e rosqueável ao equipo/extensor?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Permite a fixação na pele de forma confortável e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	

CÂMERA DE REFLUXO:

Transparente e incolor?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Permite a visualização imediata do sangue no funcionamento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Segura e resistente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Tampa protetora segura e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:

Propicia acionamento unimanual imediato fácil e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
É seguro, não permitindo o retorno/exteriorização da peça perfurocortante após acionamento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	

TODO MATERIAL:

Permite técnica unimanual segura para introdução do cateter e acionamento do dispositivo de segurança?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Todo o conjunto é resistente e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?	

Outras observações: _____

PARECER FINAL	☐ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL
Data do parecer: ____/____/____	Assinaturas	_____