

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	177363	Arq.	F.6
Material	FILTRO BACTERIANO E VIRAL, tipo HEPA, PARA RAMO EXPIRATÓRIO ADULTO PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Apresenta indicação de produto livre de látex?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente, segura e com identificação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
FILTRO:			
É bacteriano e viral?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Permite livre fluxo de ar entre paciente/ventilador?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Constituído de membrana hidrofóbica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui baixa resistência ao fluxo aéreo?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta eficiência bacteriana e viral de 99,99%?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Adapta-se facilmente ao ramo expiratório do ventilador mecânico?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TODO O MATERIAL:			
Material propicia segurança e facilidade no manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			