

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA			
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA			
Pregão	Item	Código	164476	Arq.	P.25
Material	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, TAM. ÚNICO		Amostra Registro		
Nome Comercial					
Marca			MOD./REF.		
RMS	Venc.			C.A.	Venc.
Fabricante			CNPJ		
Importador			Fabricação		
Lote			Validade		
Empresa Proponente					
Local de Teste					
Quantidade testada			Data		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO (SOST)

Certificado de Aprovação (C.A.) atende à especificação? Sim Não Por quê? _____
 Considerações: _____

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Segura e resistente? Sim Não Por quê? _____

Fácil abertura manual? Sim Não Por quê? _____

ISENTA de resíduos e impurezas? Sim Não Por quê? _____

Contém informações do produto, validade, lote e registro de C.A.? Sim Não Por quê? _____

Individual? Sim Não Por quê? _____

PROTETOR:

Possui três flanges de silicone? Sim Não Por quê? _____

Possui cordão liso impermeável em silicone ou similar (não trançado)? Sim Não Por quê? _____

Possui acabamento regular? Sim Não Por quê? _____

É de tamanho único? Sim Não Por quê? _____

Apresenta boa taxa de redução de ruído (no mínimo 14Db)? Sim Não Por quê? _____

Possui plugue reutilizável Sim Não Por quê? _____

É resistente durante o uso Sim Não Por quê? _____

Proporciona conforto e segurança na sua utilização Sim Não Por quê? _____

É de fácil higienização Sim Não Por quê? _____

Outras observações: _____

PARECER FINAL FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ___/___/___ Assinaturas _____