

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	80217	Arq.	C.39
MATERIAL	CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA 20G X 32MM +-3MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA							
EMBALAGEM:							
Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Isenta de resíduos e impurezas?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
CAPA PROTETORA:							
Sistema de encaixe/desencaixe seguro de fácil manuseio?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
CÂNULA EXTERNA:							
Composta de poliuretano flexível e radiopaca?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Ajustada à agulha, mantendo-se firme ao manuseio?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Apresenta flexibilidade segura, livre de acotovelamento?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
AGULHA:							
Em aço siliconizada com bisel trifacetado e afiado?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Dimensões de 20 G x 32 mm (+/- 3 mm)?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Permite penetração suave na pele com mínimo de trauma?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Permite deslizade adequado e penetração precisa nos tecidos?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
CANHÃO:							
Material translúcido?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Ajusta-se de forma segura, sem vazamentos, e rosqueável ao equipo/extensor?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Permite a fixação na pele de forma confortável e segura?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
CÂMERA DE REFLUXO:							
Transparente e incolor?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Permite a visualização imediata do sangue no funcionamento?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Segura e resistente?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Tampa protetora segura e de fácil manuseio?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:							
Propicia acionamento unimanual imediato fácil e seguro?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
É seguro, não permitindo o retorno/exteriorização da peça perfurocortante após acionamento?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
TODO MATERIAL:							
Permite técnica unimanual segura para introdução do cateter e acionamento do dispositivo de segurança?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Todo o conjunto é resistente e seguro?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?		
Outras observações:							
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL							
Data do parecer:		___/___/___		Assinaturas		_____ _____	