

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	179109	Arq.	C.77
MATERIAL	CURATIVO ABSORVENTE NÃO ADERENTE, 5CM X 5CM (+/- 1CM), COM FILME DE POLIÉSTER OU SIMILAR NÃO ADERENTE E CAMADA ABSORVENTE			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAen)			
Apresenta RMS classe 3 (alto risco)?		☐ Sim	☐ Não Por quê? _____
Considerações: _____			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente, seguro e com identificação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequado para abertura e propicia transferência asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
CURATIVO:			
Dimensões de 5 cm (+/- 1 cm) x 5 cm (+/- 1 cm)?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Camada interna (contato com a lesão), em filme de poliéster ou similar, microperfurado e não aderente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Camada externa é absorvente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Material macio, maleável e de fácil aplicação?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia aplicação asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia conforto e absorção eficaz de exsudato sem apresentar aderência ao leito da ferida?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia retirada sem trauma tecidual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente, seguro e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			

PARECER FINAL	☐ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL
Data do parecer: ____/____/____	Assinaturas _____	