

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	180964	Arq. C.3
Material	BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO HOSPITALAR COM CESTO ACRÍLICO E PRATELEIRA			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Segura e resistente?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
ISENTA de resíduos e impurezas?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Contém identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?

O BERÇO

Estrutura em aço inox com acabamento em pintura eletrostática BEGE CLARO?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Dimensões aproximadas: 70 cm (C) X 45 (L) X 65 cm (Altura mínima do cesto ao chão)?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Possui acabamento regular, com bordas arredondadas sem rebarbas?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Possui cesto removível, com sistema manual que proporcione os movimentos Trendelemburg e Trendelemburg reverso?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Possui colchão com densidade 23, revestido de material impermeável e sem zíper?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Possui no mínimo 2 freios e de fácil acionamento?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
O berço apresenta utilização fácil e segura?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

Data do parecer: __/__/____ Assinaturas _____