

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	180957	Arq.	C.10
MATERIAL	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA				
EMBALAGEM:				
Resistente e segura de fácil abertura manual?	☐	Sim	☐	Não Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, lote de fácil visualização?	☐	Sim	☐	Não Por quê?
CADEIRA:				
Cadeira com estrutura em aço inox ou carbono e capacidade mínima de 60kls?	☐	Sim	☐	Não Por quê?
Possui apoio de braços bilateral com tecido macio que permita higienização?	☐	Sim	☐	Não Por quê?
Possui apoio de pernas bilateral articuláveis, eleváveis e com regulagem de altura?	☐	Sim	☐	Não Por quê?
Possui apoio de panturrilhas e pés com travamento lateral?	☐	Sim	☐	Não Por quê?
Possui encosto e assento de tecido impermeável que permita a higienização?	☐	Sim	☐	Não Por quê?
Possui manoplas de condução emborrachadas?	☐	Sim	☐	Não Por quê?
Possui suporte de soro removível de altura regulável com no mínimo 2 ganchos?	☐	Sim	☐	Não Por quê?
Possui suporte para cilindro de oxigênio e local para acondicionamento de prontuário fixo ao encosto ?	☐	Sim	☐	Não Por quê?
Proporciona conforto e segurança na utilização?	☐	Sim	☐	Não Por quê?
Outras observações: _____				
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL				
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____				