

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	180587	Arq.	M.2.1
Material	MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
MACA:			
Possui medidas de 190(C) cm x 60(L) cm X 95(A) cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui sistema de elevação de cabeceira através de cremalheira?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui sistema de freios em pelo menos 2 rodas travando o movimento de rotação?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui para-choques?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui suporte para soro removível e suporte para cilindro de oxigênio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui suporte para cárdio versor ou monitor cardíaco?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui grades laterais em aço inox com sistema de engate rápido?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui colchão revestido com tecido impermeável de fácil higienização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			