

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA () QUEIXA TÉCNICA					
	NUMAE						
Pregão		Item		Código	180620	Arq.	P.34
Material	PRANCHA PARA TRANSFERÊNCIA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
PRANCHA:			
Possui medidas de 170(C) cm x 50(L) cm X 2(A) cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui capacidade de até 180KI?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
A prancha é revestida de material que permita a higienização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui alças para manuseio resistentes e seguras em ambas as extremidades?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui alça de sustentação e acondicionamento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
O sistema de deslizamento da prancha é suave e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
NÚCLEO DE MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM			