

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA				
Pregão	Item	Código	181131	Arq.	C.47.1	
MATERIAL	CATETER VENOSO CENTRAL COM INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) 1 VIA, 4 FR X 55CM - USO ADULTO -		Amostra Registro			
Nome Comercial						
Marca			MOD./REF.			
RMS	Venc.			C.A.	Venc.	
Fabricante			CNPJ			
Importador			Fabricação			
Lote			Validade			
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada			Data			

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM:**

- Resistente e segura com indicação de produto estéril?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Isenta de resíduos e impurezas?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**COMPOSIÇÃO:**

Poliuretano ou silicone, flexível, radiopaco e biocompatível?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO:**

- Agulha para punção reta em aço siliconada e afiada?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Permite visualização imediata do sangue na punção?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Propicia penetração suave com o mínimo de trauma?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Contém bainha introdutória com cânula flexível?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Canhão adapta-se de seguradamente ao dispositivo de infusão?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Cânula alinhada à agulha mantendo-se firme ao manuseio?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Apresenta flexibilidade segura, livre de acotovelamento?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Radiopaco?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Apresenta dispositivo bipartido e protetor?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Remoção fácil e segura?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**CATETER:**

- Dimensões de 4 Fr x 55 cm a 60 cm?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Resistente, flexibilidade segura e livre de acotovelamento?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Possui demarcação de fácil visibilidade a cada 1 cm?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_
- Apresenta radiopacidade segura em toda sua extensão?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**TODO MATERIAL:**

Conjunto proporciona segurança e facilidade na punção, no manuseio e na fixação segura à pele?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

**PARECER FINAL**

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

Data do parecer: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinaturas \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_