

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	173757	Arq. C.46
MATERIAL	CATETER VENOSO CENTRAL 3 VIAS, 7FR X 20,5CM +- 1CM			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

- Resistente e segura com indicação de produto estéril? Sim Não Por quê? _____
- Isenta de resíduos e impurezas? Sim Não Por quê? _____
- Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem? Sim Não Por quê? _____
- Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização? Sim Não Por quê? _____

COMPOSIÇÃO:

Poliuretano ou silicone, flexível, radiopaco e biocompatível? Sim Não Por quê? _____

DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO:

- Possui cânula reta silicizada com bisel trifacetado afiado? Sim Não Por quê? _____
- Propicia penetração suave com o mínimo de trauma? Sim Não Por quê? _____
- Cone fêmea rosqueável e com capa protetora? Sim Não Por quê? _____
- Canhão adapta-se de seguramente ao dispositivo de infusão? Sim Não Por quê? _____

FIO-GUIA:

- Apresenta flexibilidade e manuseio fácil seguro? Sim Não Por quê? _____
- Possui manga protetora em plástico transparente, incolor, maleável e resistente? Sim Não Por quê? _____

DILATADOR:

Proporciona penetração segura, sendo resistente e de fácil manuseio? Sim Não Por quê? _____

CATETER:

- Apresenta 7 Fr X 20,5 cm (+/- 1 cm)? Sim Não Por quê? _____
- Resistente, flexibilidade segura e livre de acotovelamento? Sim Não Por quê? _____
- Possui demarcação de fácil visibilidade? Sim Não Por quê? _____
- Apresenta radiopacidade segura em toda sua extensão? Sim Não Por quê? _____

VIA EXTENSOR:

- Possui 3 vias extensoras de 10 cm a 15 cm, com identificação distal e proximal? Sim Não Por quê? _____
- Conector com adaptação segura aos dispositivos de infusão? Sim Não Por quê? _____
- Tampa protetora ajusta-se com segurança e evita vazamentos? Sim Não Por quê? _____

PINÇA CORTA-FLUXO:

Resistente, segura e de fácil manuseio? Sim Não Por quê? _____

TODO MATERIAL:

Conjunto proporciona segurança e facilidade na punção, no manuseio e na fixação segura à pele? Sim Não Por quê? _____

Outras observações: _____

PARECER FINAL

FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ____/____/____

Assinaturas _____