

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	14621	Arq.	C.65
MATERIAL	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (TIPO I)			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME)

Isento de amido (teste do iodo) ou substância alergênica? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Considerações: _____

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente e segura? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Fácil abertura manual? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Isenta de resíduos e impurezas? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Contém 50 compressas distribuídas de forma organizada dentro da embalagem? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

COMPRESSA:

Dimensões pré-lavagem de 50 cm x 45 cm? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Composição 100% algodão, com 15 fios/cm²? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Atóxica, isenta de resíduos, impurezas, manchas e irritantes dérmicos? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Encolhimento máximo de 10% após a esterilização? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Mantém características originais após a esterilização? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Trama regular com 4 camadas de gaze hidrófila na cor branca e sem desprendimento de fios? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Textura macia e atraumática? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Presença de alça em uma das pontas? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Apresenta fio ou fita radiopaca? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Proporciona absorção segura? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Outras observações: _____

PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____