

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	93823	Arq.	C.72
MATERIAL	CONJUNTO PARA DRENAGEM POR PRESSÃO NEGATIVA Nº 19 (6,4 MM +/-1 MM) SISTEMA FECHADO.			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM DUPLA:			
Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Dreno e recipiente coletor acondicionados de forma que permita a retirada segura da embalagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
AGULHA:			
Em aço com ponta trifacetada, afiada e de penetração suave com o mínimo de trauma?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui aproximadamente 11 cm e apresenta tampa protetora segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
DRENO TUBULAR:			
Em PVC ou similar, biocompatível, transparente e incolor?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Dimensões de 6,4 mm de diâmetro e aproximadamente 100 cm de comprimento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Área fenestrada propicia fluxo seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TUBO EXTENSOR:			
Intermediário com sistema Y de no mínimo 100 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Pinça corta fluxo resistente, segura e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Adapta-se de forma segura ao recipiente coletor?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
RECIPIENTE COLETOR:			
Capacidade mínima de 500 ml e com escala graduada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia drenagem segura e eficaz e apresenta válvula antirrefluxo segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta abertura para escoamento com tampa de vedação fixa e segura ao coletor?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta alça de sustentação que permite fixação a cama com segurança?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TODO CONJUNTO:			
Resistente e de fácil manuseio, propiciando segurança e conforto ao paciente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações:			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			