

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	170543	Arq. C.74
MATERIAL	Creme Barreira para prevenção de lesões de pele.			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAEn)

Possui registro RMS Classe 1 – Baixo Risco? Sim Não Por quê? _____
 Considerações: _____

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

É resistente e segura e oferece proteção adequada ao produto, mesmo após aberta? Sim Não Por quê? _____

Proporciona fácil abertura, manuseio e controle da quantidade a ser dispensada? Sim Não Por quê? _____

Tubo/bisnaga com no mínimo 25 g? Sim Não Por quê? _____

Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização? Sim Não Por quê? _____

CREME:

Promove hidratação prolongada e segura sem necessidade de reaplicação em no mínimo dois procedimentos de higiene? Sim Não Por quê? _____

Promove proteção da pele contra fluídos corporais, efluentes de estomas e incontinência, sem permitir a adesão destes à pele? Sim Não Por quê? _____

Protege a pele perilesional contra maceração? Sim Não Por quê? _____

Promove rápida absorção? Sim Não Por quê? _____

Apresenta odor suave e propicia conforto após aplicação? Sim Não Por quê? _____

Outras observações: _____

PARECER FINAL FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ___/___/___ Assinaturas _____