

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	175236	Arq.	C.81
MATERIAL	CURATIVO COM PRATA NANOCRISTALINA COM 10 CM A 13 CM X 10 CM A 13 CM, NÃO ADERENTE			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAEn)			
Apresenta RMS classe 3 (alto risco)? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Considerações: _____			
CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente, seguro e com identificação de produto estéril? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Apresenta área de apoio adequado para abertura e propicia transferência asséptica? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Isenta de resíduos e impurezas? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
CURATIVO:			
Dimensões de 10 cm a 13 cm x 10 cm a 13 cm? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Composto de camada de poliéster ou similar flexível impregnada com prata nanocristalina, absorvente e não aderente? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Apresenta ação antibacteriana efetiva por no mínimo 3 dias? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Propicia aplicação asséptica e fácil manuseio? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Propicia a manutenção da umidade fisiológica no leito da ferida? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Permite a retirada da cobertura sem traumas à pele e sem deixar resíduos? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Material atóxico, macio, indolor e isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
O produto proporciona conforto e segurança na utilização? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____ _____ _____			