

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA				
Pregão	Item	Código	163579	Arq.	C.82	
MATERIAL	CURATIVO COM PRATA E PLACA DE FIBRA DE CARBOMETILCELULOSE 10 CM A 12 CM X 10 CM A 12 CM, NÃO ADERENTE		Amostra Registro			
Nome Comercial						
Marca			MOD./REF.			
RMS	Venc.			C.A.	Venc.	
Fabricante			CNPJ			
Importador			Fabricação			
Lote			Validade			
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada			Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAEn)

Apresenta RMS classe 3 (alto risco)? Sim Não Por quê? _____
 Considerações: _____

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente, seguro e com identificação de produto estéril? Sim Não Por quê?

Apresenta área de apoio adequado para abertura e propicia transferência asséptica? Sim Não Por quê?

Isenta de resíduos e impurezas? Sim Não Por quê?

Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização? Sim Não Por quê?

CURATIVO:

Dimensões de 10 cm a 12 cm x 10 cm a 12 cm? Sim Não Por quê?

100% fibra carboximetilcelulose com prata iônica e componentes que promovam a quebra de biofilme? Sim Não Por quê?

Indicado para o uso em lesões exsudativas, colonizadas e infectadas? Sim Não Por quê?

Exerce ação sobre amplo espectro de microrganismos multirresistentes? Sim Não Por quê?

Propicia alta absorção e ação antibacteriana eficaz? Sim Não Por quê?

Propicia liberação sustentada de prata por no mínimo 7 dias? Sim Não Por quê?

Material flexível, maleável, atóxico, isento de irritantes dérmicos, indolor? Sim Não Por quê?

Resistente, seguro e de fácil aplicação? Sim Não Por quê?

Proporciona conforto e segurança na utilização? Sim Não Por quê?

Propicia remoção seguro, sem traumas teciduais? Sim Não Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

Data do parecer: _____

Assinaturas _____