

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	176238	Arq.	D.6
MATERIAL	DIALISADOR CAPILAR PARA HEMODIALISE MÉDIA E ALTA PERFORMANCE, ÁREA 2.0 A 2.1 M²			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA					
EMBALAGEM:					
Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Isento de resíduos e impurezas?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Possui registro de prime e coeficiente de ultrafiltração?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Possui indicação de “proibido reprocessar”?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
DIALISADOR:					
Membrana 100% sintética?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Possui conectores rosqueáveis para ajuste às linhas de sangue arterial, venosa e garras de Hansen?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Isento de agentes tóxicos, alergizantes, resíduos e impurezas?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
A área possui 2,0 m² a 2,1 m²?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Esterilização, livre de agentes residuais químicos e físicos?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Resistente e de fácil manuseio, propiciando utilização segura?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Outras observações:					
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ___/___/___ Assinaturas					