

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	174675	Arq.	D.7
MATERIAL	DIALISADOR CAPILAR PARA HEMODIALISE ALTO FLUXO, ÁREA 1.7 A 1.8 M²			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Isento de resíduos e impurezas?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Possui registro de prime e coeficiente de ultrafiltração?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Possui indicação de “proibido reprocessar”?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
DIALISADOR:			
Membrana 100% sintética?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Possui conectores rosqueáveis para ajuste às linhas de sangue arterial, venosa e garras de Hansen?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Isento de agentes tóxicos, alergizantes, resíduos e impurezas?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
A área possui 1,7 m² a 1,8 m²?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Esterilização, livre de agentes residuais químicos e físicos?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Resistente e de fácil manuseio, propiciando utilização segura?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Outras observações:			
PARECER FINAL	☐ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL	
Data do parecer:	__/__/__	Assinaturas	_____ _____