

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA () QUEIXA TÉCNICA					
	NUMAE						
Pregão		Item		Código	14109	Arq.	D.12
MATERIAL	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA 19G X 1,8 A 2,0CM, COM SISTEMA DE SEGURANÇA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Possui área picotada que facilite a abertura manual sem o uso de tesoura?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?

AGULHA:

Tamanho 19 G x 1,8 cm a 2 cm?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Cânula de aço reta e siliconizada?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Bisel curto, trifacetado e afiado?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Protetor da agulha seguro e de fácil manuseio?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Propicia penetração suave, causando o mínimo de trauma?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?

ALETAS:

Anatômicas e flexíveis, proporcionando segurança na punção?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
---	--------------------------	-----	--------------------------	-----	----------

TUBO EXTENSOR:

Comprimento entre 20 cm a 32 cm e diâmetro entre 1 mm e 1,3 mm?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Transparente, incolor e com flexibilidade segura (sem acotovelamentos)?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?

CONECTOR FÊMEA:

Rosqueável com adaptação segura aos equipamentos/seringas, sem permitir vazamentos?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Tampa protetora segura?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:

Propicia acionamento fácil e seguro?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Propicia proteção completa da agulha sem permitir o retorno/exteriorização da mesma?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?

TODO MATERIAL:

É resistente e propicia manuseio fácil e seguro?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
--	--------------------------	-----	--------------------------	-----	----------

Outras observações:

PARECER FINAL

☐

FAVORÁVEL

☐

DESFAVORÁVEL

Data do parecer:

__/__/__

Assinaturas
