

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	14133	Arq.	D.11
MATERIAL	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA 25G X 1,5 A 1,8CM, COM SISTEMA DE SEGURANÇA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
AGULHA:			
Tamanho 25 G x 1,5 cm a 1,8 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Cânula de aço reta e siliconizada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Bisel curto, trifacetado e afiado?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Protetor da agulha seguro e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia penetração suave, causando o mínimo de trauma?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
ALETAS:			
Anatômicas e flexíveis, proporcionando segurança na punção?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TUBO EXTENSOR:			
Comprimento entre 20 cm a 32 cm e diâmetro máximo de 1 mm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Transparente, incolor e com flexibilidade segura (sem acotovelamentos)?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
CONECTOR FÊMEA:			
Rosqueável com adaptação segura aos equipamentos/seringas, sem permitir vazamentos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Tampa protetora segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:			
Propicia acionamento fácil e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia proteção completa da agulha sem permitir o retorno/exteriorização da mesma?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TODO MATERIAL:			
É resistente e propicia manuseio fácil e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			

PARECER FINAL	☐ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL
Data do parecer: ____/____/____	Assinaturas: _____	