

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	160444	Arq. D.10
MATERIAL	DISPOSITIVO EXTERNO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, MASCULINO, TAM.G, ADULTO			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAEn)**

Apresenta RMS classe 1 (baixo risco)?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_  
 Considerações: \_\_\_\_\_

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM:**

Resistente e segura?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Contém no máximo 5 unidades?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Fácil abertura manual?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Isenta de resíduos e impurezas?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**DISPOSITIVO EXTERNO:**

Em látex e com formato anatômico?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Tamanho G adulto, com dimensões de 3 cm a 4 cm x 12 cm a 15 cm?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Apresenta maleabilidade segura?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Proporciona conforto e drenagem segura?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Resistente, seguro e de fácil manuseio?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**DISPOSITIVO DE ADAPTAÇÃO AO COLETOR:**

Proporciona adaptação segura?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Livre de vazamentos com drenagem segura?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

**PARECER FINAL**

FAVORÁVEL  DESFAVORÁVEL

Data do parecer: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinaturas: \_\_\_\_\_