

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	25690	Arq.	D.22
MATERIAL	DRENO PENROSE EM LÁTEX N° 2			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isento de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
DRENO:			
Em látex natural, biocompatível e atóxico?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui aproximadamente 12 mm de diâmetro e no mínimo 30 cm de comprimento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta lâminas finas e maleáveis em formato tubular?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isento de talco, resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia drenagem segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente e de fácil manuseio, propiciando utilização segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			