

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	14524	Arq.	D.17
MATERIAL	DRENO DE TÓRAX N° 28			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Apresenta embalagem propicia manuseio fácil e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequada para abertura e transferência?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isento de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
DRENO:			
Apresenta no mínimo 40 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Em PVC ou similar, biocompatível, transparente, incolor, flexível e filamento radiopaco?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta flexibilidade segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta ponta distal com orifícios de drenagem com bordas planas atraumática?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Extensão com orifícios de drenagem propicia instalação segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Orifícios de drenagem propiciam drenagem segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Conector multiajustável adapta-se de forma segura ao tubo extensor do frasco de drenagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Material resistente e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Todo material propicia instalação e utilização segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			