

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	160033	Arq.	A.6
Material	AGULHA ANGULADA 90° COM TUBO EXTENSOR 20GX19MM (+/-1MM) P/ PUNÇÃO DE CATÉTER IMPLATÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente, segura, com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui área de apoio adequada, e propicia abertura e transferência asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
AGULHA:			
Tamanho 20 G x 19 mm (+/- 1 mm)?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Cânula de aço siliconizada, com capa protetora segura e de penetração suave na pele?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Bisel afiado tipo Huber proporcionando penetração com o mínimo de trauma?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia penetração segura na membrana auto cicatrizante na câmara de punção?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
ALETA:			
Base com aleta para apoio manual permite visualização do ponto de punção durante o procedimento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Permite utilização de forma fácil e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TUBO EXTENSOR:			
Transparente e incolor com flexibilidade segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Pinça corta-fluxo resistente, segura e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
CONECTOR:			
Fêmea e rosqueável, adapta-se seguramente a dispositivos de infusão sem permitir vazamento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Tampa protetora segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:			
Trava segura de fácil ativação e proteção completa não permite retorno da agulha pós acionamento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			