

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	161454	Arq.	A.8
Material	AGULHA ANGULADA 90° COM TUBO EXTENSOR 20GX25MM (+/-1MM) P/ PUNÇÃO DE CATÉTER IMPLATÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS			Venc.			C.A.	Venc.
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM:**

Resistente, segura, com indicação de produto estéril?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Possui área de apoio adequada, e propicia abertura e transferência asséptica?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?

**AGULHA:**

Tamanho 20 G x 25 mm (+/- 1 mm)?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Cânula de aço siliconizada, com capa protetora segura e de penetração suave na pele?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Bisel afiado tipo Huber proporcionando penetração com o mínimo de trauma?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Propicia penetração segura na membrana auto cicatrizante na câmara de punção?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?

**ALETA:**

Base com aleta para apoio manual permite visualização do ponto de punção durante o procedimento?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Permite utilização de forma fácil e segura?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?

**TUBO EXTENSOR:**

Transparente e incolor com flexibilidade segura?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Pinça corta-fluxo resistente, segura e de fácil manuseio?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?

**CONECTOR:**

Fêmea e rosqueável, adapta-se seguramente a dispositivos de infusão sem permitir vazamento?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Tampa protetora segura?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?

**DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:**

Trava segura de fácil ativação e proteção completa não permite retorno da agulha pós acionamento?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
---	------------------------------	------------------------------	----------

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

<b>PARECER FINAL</b>	<input type="checkbox"/> FAVORÁVEL	<input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL
Data do parecer: ____/____/____	Assinaturas _____	