

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	161402	Arq.	L.17
Material	LINHA SANGUINEA ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

- Resistente e segura, com indicação de produto estéril? Sim Não Por quê?
- Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem? Sim Não Por quê?
- Isenta de resíduos e impurezas? Sim Não Por quê?
- Identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização? Sim Não Por quê?

LINHA SANGUINEA RTERIAL:

- É compatível com máquina utilizada na instituição? Sim Não Por quê?
- Segmento da bomba possui 8 mm de diâmetro e adapta-se adequadamente? Sim Não Por quê?
- Câmera cata-bolhas possui flexibilidade segura? Sim Não Por quê?
- Possui duas entradas extras com comprimento mínimo de 30 cm? Sim Não Por quê?
- Pinças corta-fluxo segura, resistente e de fácil manuseio? Sim Não Por quê?

SEGMENTO PARA HEPARINIZAÇÃO:

- Comprimento mínimo de 36 cm? Sim Não Por quê?

SEGMENTO PACIENTE:

- Adaptador de linha seguro? Sim Não Por quê?
- Ponto de infusão autovedante seguro? Sim Não Por quê?

TODO CONJUNTO:

- Apresenta flexibilidade segura e possui resistência em suas conexões? Sim Não Por quê?
- Apresenta todas conexões rosqueáveis, resistentes e com tampa protetora segura? Sim Não Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ____/____/____

Assinaturas _____