

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	18082	Arq.	L.18
Material	LINHA SANGUINEA VENOSA PARA HEMODIÁLISE			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM:**

- Resistente e segura, com indicação de produto estéril?  Sim  Não Por quê?
- Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?  Sim  Não Por quê?
- Isenta de resíduos e impurezas?  Sim  Não Por quê?
- Identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?  Sim  Não Por quê?

**LINHA SANGUINEA VENOSA:**

- É compatível com máquina utilizada na instituição?  Sim  Não Por quê?
- Adapta-se adequadamente?  Sim  Não Por quê?
- Câmera cata-bolhas possui flexibilidade segura e filtro interno efetivo??  Sim  Não Por quê?
- Possui duas entradas extras com comprimento mínimo de 29 cm?  Sim  Não Por quê?
- Pinças corta-fluxo segura, resistente e de fácil manuseio?  Sim  Não Por quê?

**SEGMENTO PARA HEPARINIZAÇÃO:**

- Comprimento adequado?  Sim  Não Por quê?

**SEGMENTO PACIENTE:**

- Adaptador de linha seguro?  Sim  Não Por quê?
- Ponto de infusão autovedante seguro?  Sim  Não Por quê?

**TUDO CONJUNTO:**

- Apresenta flexibilidade segura e possui resistência em suas conexões?  Sim  Não Por quê?
- Apresenta todas conexões rosqueáveis, resistentes e com tampa protetora segura?  Sim  Não Por quê?

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

**PARECER FINAL**       FAVORÁVEL       DESFAVORÁVEL

Data do parecer:      \_\_/\_\_/\_\_\_\_      Assinaturas      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_