

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	168488	Arq.	E.38
Material	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS CANULADOS, CERDAS DE NYLON 7.5MM A 8.5 DE DIÂMETRO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Segura, resistente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isento de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Indicação do produto, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
CERDAS:			
Apresenta cerdas em nylon circulares, semirrígidas e não abrasivas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui diâmetro de 7,5 mm a 8,5 mm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Área com cerdas possui de 4,8 cm a 8 cm de comprimento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Área com cerdas possui acabamento regular sem ponta traumática na porção distal?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia remoção de matéria orgânica do material de forma segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente, segura e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
CABO:			
Em aço inox torcido, plástico ou metal revestido com plástico liso ou similar?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta no mínimo 50 cm de comprimento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta diâmetro de 2 mm a 5 mm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
O material propicia limpeza efetiva?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente, manuseio fácil e propicia maleabilidade segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui acabamento regular e semi-flexível?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			