

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	168486	Arq.	E.41
Material	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, CERDAS DE AÇO INOX, CABO PLÁSTICO RÍGIDO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Segura e resistente? Sim Não Por quê?

Fácil abertura manual? Sim Não Por quê?

Isento de resíduos e impurezas? Sim Não Por quê?

Contém identificação do produto e validade e lote de fácil visualização? Sim Não Por quê?

ESCOVA COM CERDAS:

Apresenta cerdas em aço inox? Sim Não Por quê?

Cerdas distais possuem de 0,6 cm a 1 cm de comprimento e proximais, quando presentes, no máximo 0,4 cm? Sim Não Por quê?

Agrupadas com espaçamento máximo de 2 mm entre nichos? Sim Não Por quê?

Área distal com cerdas de 0,7 cm a 1 cm (L) x 3 cm a 4 cm (C) e proximal, quando presente, de no máximo 2 cm (C)? Sim Não Por quê?

Cerdas finas, maleáveis, resistentes? Sim Não Por quê?

Propiciam remoção de matéria orgânica do material de forma segura? Sim Não Por quê?

CABO:

Em plástico rígido com formato anatômico? Sim Não Por quê?

Possui dimensões de no máximo 1,1 cm (L) x 1 cm (A)? Sim Não Por quê?

Possui acabamento regular? Sim Não Por quê?

Resistente, seguro e de fácil manuseio? Sim Não Por quê?

TODO MATERIAL:

Apresenta tamanho total de 19cm (+/- 1cm)? Sim Não Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

Data do parecer: __/__/____ Assinaturas: _____