

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	166739	Arq.	E.46
Material	ESPAÇADOR VALVULADO PARA TERAPIA INALATÓRIA MÁSCARA TAM. P			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME)					
Máscara resistente a termodesinfecção a 80 °C?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Material de fácil higienização?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA					
EMBALAGEM:					
Resistente e segura?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Propicia fácil abertura manual?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
ESPAÇADOR:					
Em plástico rígido, incolor, translúcido?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Reservatório com capacidade entre 160 ml e 250 ml?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Bocal e válvula propiciam encaixe universal seguro ao frasco de medicamento?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Máscara é compatível com faixa etária de 0 a 6 anos?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Propicia conforto e perfeito amoldamento à face?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Apresenta durabilidade no uso?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Todo o material é seguro e de fácil manuseio?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?

Outras observações:			
PARECER FINAL	☐ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL	
Data do parecer:	__/__/____	Assinaturas	_____ _____