

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	13153	Arq.	E.47
MATERIAL	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAEn)

Apresenta RMS classe 1 (baixo risco)? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Considerações: _____

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente e segura? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Fácil abertura manual? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Isenta de resíduos e impurezas? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

COMPOSIÇÃO:

Tecido em algodão com resina acrílica e adesivo a base de óxido de zinco? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

ESPARADRAPO:

Em rolo tipo carretel com capa protetora? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Dimensões de 10 cm x 4,5 m? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Permite rasgar manualmente sem desprendimento de fios? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Apresenta impermeabilidade eficaz? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Resistente, flexível e maleável? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Propicia conforto durante o uso? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Propicia adesividade eficaz? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Permite remoção segura sem causar danos? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Seguro e de fácil manuseio? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Outras observações: _____

PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____