

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA			
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA			
Pregão	Item	Código	13919	Arq.	F.17
MATERIAL	FITA ADESIVA CIRURGICA 2,5 CM X 10 M NO MÍNIMO, COR BRANCA		Amostra Registro		
Nome Comercial					
Marca			MOD./REF.		
RMS	Venc.			C.A.	Venc.
Fabricante			CNPJ		
Importador			Fabricação		
Lote			Validade		
Empresa Proponente					
Local de Teste					
Quantidade testada			Data		

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAen)**

Apresenta RMS classe 1 (baixo risco)?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_  
 Considerações: \_\_\_\_\_

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM:**

Resistente e segura?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Fácil abertura manual?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**COMPOSIÇÃO:**

Em não tecido microporoso à base de viscose, com adesivo isento de agente alergênicos?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**FITA ADESIVA:**

Em rolo tipo carretel com capa protetora?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Dimensões de 2,5 cm x 9 m, no mínimo, e de cor branca?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Atóxica e com adesividade suave?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Propicia remoção com o mínimo de tração sem deixar resíduos na pele?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

Resistente, segura e de fácil manuseio?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

**PARECER FINAL**  FAVORÁVEL  DESFAVORÁVEL

Data do parecer: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinaturas \_\_\_\_\_