

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA				
Pregão	Item	Código	14648	Arq.	F.42	
Material	FRASCO PLÁSTICO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO, CAPACIDADE 70 A 80 ML		Amostra Registro			
Nome Comercial						
Marca			MOD./REF.			
RMS	Venc.	C.A.	Venc.			
Fabricante			CNPJ			
Importador			Fabricação			
Lote			Validade			
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada			Data			

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM:**

- Resistente e segura?  Sim  Não Por quê?
- Possui área de apoio adequada para abertura?  Sim  Não Por quê?
- ISENTA de resíduos e impurezas?  Sim  Não Por quê?
- Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?  Sim  Não Por quê?

**FRASCO:**

- Produzido em material plástico rígido, transparente e incolor?  Sim  Não Por quê?
- Capacidade de 70 ml a 80 ml?  Sim  Não Por quê?
- Escala graduada de fácil visibilidade, numerado no mínimo a cada 10 ml e no máximo a cada 20 ml?  Sim  Não Por quê?
- Acompanha espátula em seu interior, para coleta de material sólido?  Sim  Não Por quê?
- Possui acabamento regular e atraumático?  Sim  Não Por quê?
- Possui tampa rosqueável com vedação segura (sem riscos de contaminação)?  Sim  Não Por quê?
- Todo material propicia manuseio fácil, proporcionando segurança na utilização?  Sim  Não Por quê?

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

**PARECER FINAL**

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

Data do parecer: \_\_\_\_\_

Assinaturas \_\_\_\_\_