

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA			
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA			
Pregão	Item	Código	173758	Arq.	F.36
Material	FRASCO COLETOR PARA PARACENTESE, CAPACIDADE 2000ML		Amostra Registro		
Nome Comercial					
Marca			MOD./REF.		
RMS	Venc.			C.A.	Venc.
Fabricante			CNPJ		
Importador			Fabricação		
Lote			Validade		
Empresa Proponente					
Local de Teste					
Quantidade testada			Data		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

- Resistente e segura? Sim Não Por quê? _____
- Fácil abertura manual? Sim Não Por quê? _____
- ISENTA de resíduos e impurezas? Sim Não Por quê? _____
- Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização? Sim Não Por quê? _____

FRASCO:

- Em PVC ou similar rígido, resistente, transparente e incolor? Sim Não Por quê? _____
- A base possui sustentação estável e segura? Sim Não Por quê? _____
- Capacidade entre 3500 e 5000 ml? Sim Não Por quê? _____
- Graduado de 100 ml em 100 ml e numerado no máximo a cada 500 ml, de fácil visualização? Sim Não Por quê? _____

TAMPA:

- Apresenta vedação com rosqueamento rápido e manuseio fácil e seguro? Sim Não Por quê? _____
- Apresenta válvula de segurança, válvula de antirreflexo e filtro bacteriano? Sim Não Por quê? _____

TUBOS EXTENSORES:

- Pinças corta fluxo seguras e de fácil manuseio? Sim Não Por quê? _____
- Extensor de aproximadamente 2,4 m com adaptação segura ao sistema de vácuo? Sim Não Por quê? _____
- Extensor de aproximadamente 23 cm com conector para adaptação segura ao equipo evacuatório? Sim Não Por quê? _____

Equipo evacuatório:

- Possui aproximadamente 1,2 m de comprimento? Sim Não Por quê? _____
- Extremidades contêm tampa de proteção segura? Sim Não Por quê? _____
- Adapta-se ao dispositivo de punção e tubo extensor? Sim Não Por quê? _____

TODO O MATERIAL

- Propicia vedação, drenagem e fluxo seguro? Sim Não Por quê? _____
- Atóxico, isento de resíduos e impurezas? Sim Não Por quê? _____
- Fácil manuseio e utilização segura? Sim Não Por quê? _____

Outras observações:

PARECER FINAL FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____