

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		ITEM:		Cód:	162336	Arq:	G.02
Material	Gaze especial para videocirurgia _ enrolada - 4mm Ø (±1mm).			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS				Venc.			
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fab.:			
Lote				Val.:			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data:			

APRESENTAÇÃO DO MATERIAL

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

(Enfermeiros, técnicos, auxiliares e médicos que estejam testando o produto)

Embalagem:

Com abertura asséptica segura: () Sim () Não Por quê? _____

Proporciona fácil abertura? () Sim () Não Por quê? _____

Contém identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização? () Sim () Não Por quê? _____

Trama:

Presença de resíduos e impurezas: () Sim () Não Que tipo? _____

Trama regular: () Sim () Não Por quê? _____

Acabamento das bordas laterais seguras: () Sim () Não Por quê? _____

Formato arredondado nas extremidades: () Sim () Não Por quê? _____

Elasticidade longitudinal uniforme: () Sim () Não Por quê? _____

Tamanho correspondente ao identificado na embalagem: () Sim () Não Por quê? _____

Fio radiopaco propicia visualização segura: () Sim () Não Por quê? _____

Acabamento:

Desprende fios durante o manuseio: () Sim () Não Que tipo? _____

Mantém-se regular /cilíndrico durante o manuseio: () Sim () Não Por quê? _____

Propicia absorção: () Sim () Não Por quê? _____

Amarração/costura:

Formato da amarração propicia fácil introdução no equipamento: () Sim () Não Por quê? _____

Amarração se mantém íntegra até o final do procedimento: () Sim () Não Por quê? _____

Produto é compatível com redutor de videolaparoscopia usado na instituição?

() Sim () Não Por quê? _____

Outras observações:

PARECER FINAL: () FAVORÁVEL () DESFAVORÁVEL

DATA: ____/____/____

ASSINATURAS: _____

