

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	177037	Arq.	I.1
Material	INDICADOR BIOLÓGICO 3ª GERAÇÃO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
FRASCO:			
Manteve-se integro até o final do processo de esterilização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
O rótulo contém informações sobre lote, data de fabricação e campo de identificação?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta mudança de cor do indicador químico conforme orientação do fabricante?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TAMPA:			
Apresenta fechamento seguro com deslize constante e suave?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
AMPOLA:			
Permite quebra da ampola interna com o meio de cultura de maneira fácil e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
RESULTADO:			
Tempo de resposta máxima em 3 horas por teste de fluorescência?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É possível realizar a leitura do resultado de forma segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Todo o material é de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Proporciona segurança na utilização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			