

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	169506	Arq.	L.11
Material	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR USO PEDIÁTRICO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente, segura e com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Embalagem com 100 a 200 peças?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
LANCETA:			
Possui calibre de 23 G a 30 G, com 1,3 mm a 1,5 mm de penetração?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
A agulha é de aço siliconizada, com ponta afiada, trifacetada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Proporciona penetração suave e sem trauma?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
A pressão exercida no local da perfuração é suficiente para não causar traumas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
A quantidade de sangue na gota gerada é suficiente para a realização do teste?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
O local punccionado se mostrou livre de sangramento/hematoma, isento de dor após a coleta?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
DISPOSITIVO DE DISPARO E MECANISMO DE SEGURANÇA:			
Agulha apresenta retração automática?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Agulha permanece retida após a retração?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Clic audível após o travamento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Mecanismo de segurança é acionado unimanualmente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
MATERIAL:			
Resistente e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
De fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			