

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA () QUEIXA TÉCNICA					
	NUMAE						
Pregão		Item		Código	172992	Arq.	L.21
Material	LUBRIFICANTE PARA PEÇA DE MÃO ODONTOLÓGICA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - SPRAY C/ NO MÍNIMO 100ML			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura, de fácil abertura manual e manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta bico injetor compatível e segura com a caneta da marca Kavo e Dabi Atlante?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresentação em spray com volume mínimo de 100 ml?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia a utilização de todo o conteúdo?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
LUBRIFICANTE:			
Composto à base de óleos minerais de baixa viscosidade?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Hidrossolúvel e permeável à vapor d'água na esterilização a 134 °C?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Livre de silicone?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Atóxico e livre de odores ou com odor suave?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Promove lubrificação segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____ _____			