

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA () QUEIXA TÉCNICA					
	NUMAE						
Pregão		Item		Código	172597	Arq.	L.19
Material	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura, de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta tampa de vedação segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de vazamento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresentação em spray com volume máximo de 1000 ml?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
LUBRIFICANTE:			
Composto à base de óleos minerais neutros?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui baixa viscosidade?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Hidrossolúvel e permeável à vapor d'água na esterilização, sendo resistente ao calor de 121°C?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Livre de silicone?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Atóxico e livre de odores ou com odor suave?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Promove lubrificação segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Aplicação de pronto uso?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____ _____			