

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	147044	Arq.	L.26
Material	LUVA CIRÚRGICA Nº 7.5, DE LÁTEX NATURAL, ISENTA DE PÓ LUBRIFICANTE			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Apresenta indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
ISENTA de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Identificação do tamanho visível?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
EMBALAGEM INTERNA:			
Proporciona abertura asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Identificação interna facilita o uso correto (D e E)?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia fácil calçamento asséptico?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
LUVA:			
Possui formato anatômico de fácil calçamento, com comprimento total mínimo de 27 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Punho com bainha arredondada reforçada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Textura uniforme e íntegra, isenta de furos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
ISENTA de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia boa sensibilidade tátil?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Material resistente, propiciando utilização segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia calçamento fácil, seguro e ajuste anatômico adequado?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TODO O MATERIAL:			
Permite o manuseio fácil e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			