

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	173072	Arq.	L.35
Material	LUVA CIRÚRGICA SINTÉTICA Nº 6.5, ISENTA DE LÁTEX E DE PÓ LUBRIFICANTE			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Apresenta indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
ISENTA de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Identificação do tamanho visível?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
EMBALAGEM INTERNA:			
Proporciona abertura asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Identificação interna facilita o uso correto (D e E)?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia fácil calçamento asséptico?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
LUVA:			
Possui formato anatômico de fácil calçamento, com comprimento total mínimo de 26 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Material sintético, isento de látex?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Textura uniforme e íntegra, isenta de furos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
ISENTA de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia boa sensibilidade tátil?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Material resistente, propiciando utilização segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia calçamento fácil, seguro e ajuste anatômico adequado?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TODO O MATERIAL:			
Permite o manuseio fácil e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			