

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA () QUEIXA TÉCNICA					
	NUMAE						
Pregão		Item		Código	14370	Arq.	L.33
Material	LUVA CIRÚRGICA Nº 8.0, DE LÁTEX NATURAL			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Apresenta indicação de produto estéril? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Isenta de resíduos e impurezas? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Identificação do tamanho visível? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

EMBALAGEM INTERNA:

Proporciona abertura asséptica? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Identificação interna facilita o uso correto (D e E)? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Propicia fácil calçamento asséptico? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

LUVA:

Possui formato anatômico de fácil calçamento, com comprimento total mínimo de 27 cm? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Punho com bainha arredondada reforçada? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Textura uniforme e íntegra, isenta de furos? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Isenta de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Propicia boa sensibilidade tátil? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Material resistente, propiciando utilização segura? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Propicia calçamento fácil, seguro e ajuste anatômico adequado? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

TODO O MATERIAL:

Permite o manuseio fácil e seguro? ☐ Sim ☐ Não Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL

☐ FAVORÁVEL

☐ DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ____/____/____

Assinaturas _____
