

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	169720	Arq.	M.15
Material	MARCADOR DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO MARROM, 3 A 5 MM, AUTO-ADESIVO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
MARCADORES:			
Folha possui no mínimo 130 tiras de 2,7 cm a 2,8 cm x 6 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possuem de 3 mm a 5 mm de largura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
A cor é sólida, correspondendo de maneira segura à descrita para o marcador?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresentam-se na forma de adesivos dispostos em folhas com fitas pré-cortadas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Estão organizados de forma ordenada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta acabamento regular?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Promove adesividade segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente à autoclavagem à vapor d'água (134º C) e à detergentes, mantendo suas características originais?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É atóxico, seguro e resistente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____		Assinaturas _____	