

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	12777	Arq.	A.47
Material	ATADURA CREPOM - 15CM X 1,8M, 100% ALGODÃO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente, segura e impermeável?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
ATADURA CREPOM:			
Tamanho 15 cm x 1,8 m?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Composição 100% algodão?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta trama com acabamento regular de no mínimo 13 fios/cm²?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui elasticidade longitudinal, sem produzir garroteamento durante a compressão?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Mantém elasticidade após a aplicação?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Acabamento inicial e terminal regular?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Acabamento das laterais regular com linha de delineamento visível?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta textura macia?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isento de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos em sua composição?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Produto apresenta segurança e conforto durante todo o uso?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____		Assinaturas _____	