

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	163014	Arq.	M.35
Material	MÁSCARA NÃO REINALAÇÃO TAM. ADULTO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM:**

- Resistente e segura?  Sim  Não Por quê?
- Fácil abertura manual?  Sim  Não Por quê?
- Isenta de resíduos e impurezas?  Sim  Não Por quê?
- Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?  Sim  Não Por quê?

**MÁSCARA:**

- Compatível com tamanho adulto?  Sim  Não Por quê?
- Material flexível, transparente ou translúcido?  Sim  Não Por quê?
- Apresenta formato anatômico, propiciando conforto durante o uso?  Sim  Não Por quê?
- Apresenta orifícios laterais, clipe nasal embutido e alça elástica ajustável?  Sim  Não Por quê?
- Resistente, segura e propicia fácil manuseio?  Sim  Não Por quê?

**RESERVATÓRIO:**

- Resistente a alta concentração de oxigênio superior a 99%?  Sim  Não Por quê?

**EXTENSOR:**

- Apresenta conexão universal com no mínimo 2 m?  Sim  Não Por quê?
- Resistente, seguro e de fácil manuseio?  Sim  Não Por quê?

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

**PARECER FINAL**  FAVORÁVEL  DESFAVORÁVEL

Data do parecer: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinaturas \_\_\_\_\_