

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	163012	Arq.	M.36
Material	MÁSCARA NÃO REINALAÇÃO TAM.PEDIÁTRICO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
MÁSCARA:			
Compatível com tamanho pediátrico?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Material flexível, transparente ou translúcido?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta formato anatômico, propiciando conforto durante o uso?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta orifícios laterais, clipe nasal embutido e alça elástica ajustável?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente, segura e propicia fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
RESERVATÓRIO:			
Resistente a alta concentração de oxigênio superior a 99%?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
EXTENSOR:			
Apresenta conexão universal com no mínimo 2 m?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente, seguro e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			