

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	166061	Arq.	M.37
Material	MÁSCARA PARA OXIGENOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME)	
Máscara resistente a termodesinfecção a 80 °C?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Considerações:	_____

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA	
EMBALAGEM:	
Resistente e segura?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Fácil abertura manual?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
MÁSCARA:	
Em PVC ou similar?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Tamanho adulto?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Transparente ou translúcido com acabamento regular propiciando conforto?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Alça elástica propicia ajuste confortável e seguro?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Conector rígido propicia giro 360º para traqueia com 22 mm de diâmetro?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Conector ajusta-se com segurança ao tubo (traqueia)?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
TODO MATERIAL:	
Todo o material é resistente, seguro e de fácil manuseio?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Outras observações: _____	
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL	
Data do parecer: ____/____/____	Assinaturas _____